

**URAIAN SINGKAT BELANJA PEMELIHARAAN DAN MESIN PEMELIHARAAN
ICU/NICU/PICU/VENTILATOR/OK**

Nama Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan ICU/NICU/PICU Ventilator/OK
Nama Sub Kegiatan : Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
TAHUN ANGGARAN : 2024

Rekomendasi pergantian sparepart dan maintenance kit pada unit Draeger dilakuan untuk menjaga performa dan kualitas dari output alat sehingga alat tetap dalam kondisi prima dan baik.

1. Unit Anastesi

Untuk unit anastesi dilakukan pergantian service set pada unit fabius karena sudah memasuki masa pergantian selama 2 Tahun dan untuk memperpanjang usia pakai dari alat. O2 Sensor diganti karena sudah memasuki usia pakai selama 1 Tahun. Dengan melakukan pergantian maintenance kit maka dapat mencegah alat menjadi rusak.

2. Unit Ventilator

Unit ventilator terdapat kerusakan pada beberapa bagian pada unit, sehingga unit tidak dapat beroperasi secara maksimal dan dapat mengganggu operasional RS. Untuk itu dilakukan perbaikan dan preventif maintenance dengan melakukan pergantian service Set untuk mengembalikan unit kepada kondisi prima dan berfungsi semestinya.

3. Unit Incubator

Aksesoris / Suku Cadang Incubator menunjang aktifitas berjalannya alat kesehatan incubator. Peralatan kesehatan harus memiliki performance yang ketat antara lain ketelitian (accuracy), kepekaan (sensitivity), reproduksibilitas dan aspek keselamatan (safety aspect). Sehingga dalam penggunaannya akan selalu siap pakai dan memenuhi standar teknis pemakaian peralatan kedokteran. Dalam penggunaannya, Alat Incubator membutuhkan perawatan peralatan karena mengalami kerusakan (corrective maintenaince) yaitu tidak berfungsinya alat karena beberapa aksesoris dan suku cadang harus diperbaharui.